Brukerveiledning - FURST Forum Fleks: definere etiketteskriver

- Logg inn i Forum og trykk på Fürst-logo i øvre venstre hjørne.
- Trykk deretter på «Alternativer for Forum»



• Velg så «Utskrift» fra venstremenyen og deretter «Etikettskriver».

Innstillinger	B							
Alarm	Utskrift							
Avvikling papirbrev	KlinKjem	Mikrobiologi	Patologi	Svarbrev/Labark	Prøvetakings	ark Etikettskriver		
Brukere	Etikettsk ZDesigr	river er ZD421-203dpi 2	PL			Velg	ſ	
Chat/Dialog	Etikettfor	mat				1	-). -	
Endre passord	3 Etikett	er i Bredden 105x3	0 mm (AHus,	HP Link)	v]		
Farger	Etikettut:	Etikettutskrift satt som standard for:				Ekstra etiketter Prøvetakingstidspunkt		
Felles Pakker	🛃 Pens	el prøver til lokal sk	river 🗌 P	asientweb til lokal skri	ver Dut	skriftstidspunkt ank etikett etter hver rekvisisjon		
Filplassering	Ved opp	Ved oppstart fra EPJ labiiste eller skanning av Prøvetakingsark Skriv ut etiketter automatisk				asientweb elding til prøvetaker		
Mine Pakker	Ecen lab	vis dialogboks om e	ekstra etikette	er fra Prøvetakingsmod	u			
Programinnstillinger	Skriv	v egne etiketter til p	orøver på ege	n lab				
Strekkodeleser								
Utsknit	L							
Visuell rekvireing	L							-

• Trykk på «Velg» for å hente frem riktig etikettskriver. I listen burde dere finne en skriver som heter noe med «ZDesigner». Velg denne.

Navn:	\\FURVRT-UNIFLOW\Canon Sikker Utskr V	Eger	nskaper
Status: Type: Sted: Kommentar	\\FURVRTPRT1.intra.furst.no\3. etg WebMed \\FURVRTPRT1\1. etg. HP 3015 Hematologi \\FURVRTPRT1\1. etg. HP LaserJet P2055dn \\FURVRTPRT1\1. etg. Lexmark Hematologi \\FURVRT-PRT1\PRT-DUMMY-HP-DRIVER \\FURVRT-UNIFLOW\Canon Sikker Utskrift \\safeq01\SafeQ	Skr	iv til fil
Utskriftsomr Alt	CutePDF Writer Fax Microsoft Print to PDF Microsoft XPS Document Writer OneNote (Desktop)	nplarer:	1 💠
O Sider	ZDesigner ZD421-203dpi ZPL område	123	🖾 Kollater

- Trykk OK etter at skriveren er valgt.
- Definer også formatinstilling slik det er vist på bildet over (Format: 3 Etiketter i Bredden 105x30 mm (AHus, HP Link)
 - Ønsker man direkte utskrift ved rekvirering fra de forskjellige fagområdene, kan man krysse av for boksene innunder «Etikettutskrift satt som standard for» (merket i rødt).
 - I eksempelet over, vil alt av pensler (mikrobiologi og PCR) og patologi sendes til etikettskriveren ved rekvirering. KlinKjem-prøver (vanlige blodprøver) sendes til labkø med de innstillingene som er satt over.
- Avslutt med «Bruk» og «Ok».
- Etikettskriveren skal nå fungere.